

DRRR GmbH · Bodmanstraße 4 · D-87435 Kempten

Frau Marelyn Trinajstic
Universität Stuttgart
Institut für Kunststofftechnik
Pfaffenwaldring 32
70569 Stuttgart
Germany

**DRRR-Ringversuch zur Eignungsprüfung
RVEP 210221 Lösungsviskosität (Schwefelsäure)
ISO 307**

Sehr geehrter Ringversuchsteilnehmer,

vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserem Ringversuch.

Ihre Laborcode-Nummer: 5

Wir freuen uns, Sie auch im nächsten Jahr als Teilnehmer an unseren Ringversuchen begrüßen zu dürfen. Die Anmeldung über unser Online-System (ODIN) oder die Anmeldeformulare ist jederzeit möglich: www.DRRR.de

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Helbig

Datum: 13.08.2021

Ihre Ansprechpartner:
Thorsten Helbig
Regina Wörz

Fon: +49 (0)831/960 878-0
Fax: +49 (0)831/960 878-99
E-Mail: info@DRRR.de

Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und
Referenzmaterialien GmbH
Bodmanstraße 4 D-87435 Kempten
Fon: +49 (0)8 31/960 878-0
Fax: +49 (0)8 31/960 878-99
E-Mail: info@DRRR.de
Website: www.DRRR.de

Bank-Details
Ust-ID-Nr. DE254613132 •St.Nr. 127/124/32207
Raiffeisenbank im Allgäuer Land
BLZ 733 692 64 •Konto 102350
IBAN DE 94733692640000102350
BIC-Code: GENO DEF1DTA

Sitz der Gesellschaft: Kempten
Handelsregister HRB 9496
Amtsgericht Kempten
Geschäftsführer:
Dr. rer. nat. Ulrich Leist
Thorsten Helbig M.Eng.

TEILNAHMEZERTIFIKAT

DRRR-Ringversuch zur Eignungsprüfung

Der Teilnehmer

Universität Stuttgart
Institut für Kunststofftechnik
Pfaffenwaldring 32
70569 Stuttgart
Germany

Kundennummer: 12288

Laborcode-Nummer: 5

erhält bei oben genanntem quantitativem
Ringversuch folgende Gesamtbewertung:

ausgezeichnete Leistung

Die Auswertung zum oben genannten Ringversuch ist in dem entsprechenden
Bericht dokumentiert.

Kempten, 13.08.2021



Thorsten Helbig

Beurteilung:

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten
Ergebnisse kleiner als 2 oder gleich 2 ist,
und die einzelnen z'-score kleiner als 2
oder gleich 2 sind, erhalten Sie die
Bewertung: „ausgezeichnete Leistung“

Wenn die genannten Kriterien für die
Bewertung "ausgezeichnete Leistung" nicht
erfüllt sind, erhalten Sie die Bewertung:
„teilgenommen“

Ihre Laborleistung (quantitativ) in der Übersicht bezogen auf die Bezugsmethode(n)

Für Ihr Unternehmen

Universität Stuttgart
Institut für Kunststofftechnik

ZUSAMMENFASSUNG

Kundennummer:	12288
Laborcode-Nummer:	5
Anzahl gewerteter z'-score:	2
Anzahl z'-score > 2:	0

Beurteilung:

Wenn der mittlere z'-score eines Parameters kleiner als 2 oder gleich 2 ist, erhalten Sie die Bewertung:
„Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.“

Wenn der mittlere z'-score eines Parameters kleiner als 2 ist, jedoch mindestens ein einzelner z'-score größer 2, erhalten Sie die Bewertung:
„Sie haben eine gute Leistung gezeigt. Im Einzelfall ist jedoch die gezeigte Leistung noch verbesserungsfähig.“

Wenn der mittlere z'-score eines Parameters größer als 2 ist, erhalten Sie die Bewertung:
„Es ist erkennbar Verbesserungspotential vorhanden.“

Parameter	Anzahl gewerteter z'-score:	Anzahl z'-score > 2:	Mittelwert z'-score:	Gesamtbeurteilung:
Viskositätszahl	2	0	0,68	Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.